

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСТЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ КЕЗЕК
КҮТТІМЕЙТІН ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ СТАНСАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
СТАНЦИЯ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ХАТТАМА
«30» мая 2019 г.
12:00 часов

ПРОТОКОЛ
№ 2

Қостанай қаласы

город Костанай

**Заседания комиссии по подведению итогов
тендера по закупу медицинской техники.**

Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель тендерной комиссии - Штейгервальд И.А.
Заместитель председателя тендерной комиссии - Стасин С.В.
Члены тендерной комиссии: - Кадырова Э.М., Ловской О.Н., Асанова Д.Б.
Секретарь тендерной комиссии: Браун Е.В.

30 мая 2019 года в 12.00 ч. в КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» Управления здравоохранения акимата Костанайской области по адресу: г. Костанай, ул. Победы, 62, кабинет главного врача, после рассмотрения тендерных заявок на участие в тендере по закупу медицинской техники комиссией были подведены итоги по закупу медицинской техники:

Лот №1– Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед.
Сумма, выделенная для закупа лот№1 за единицу 9 720 000 (девять миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге, на общую сумму 29 160 000 (двадцать девять миллионов сто шестьдесят тысяч) тенге;

Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

1.Товарищество с ограниченной ответственностью «MedIntelCompany» г.Павлодар, ул.Пахомова, дом 104/8.

Лот №1– Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед. – 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге за единицу, 25 500 000 (двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) тенге.

2.Товарищество с ограниченной ответственностью «МедНурПлюс» г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Коктем 1, дом2, кв.48.

Лот №1– Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед. – 9 716 000 (девять миллионов семьсот шестнадцать тысяч) тенге за единицу, 29 148 000 (двадцать девять миллионов сто сорок восемь тысяч) тенге.

3.Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСервисПроф» г.Алматы, ул.Шевченко, дом 154, кв.24.

Лот №1– Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед. – 9 717 300 (девять миллионов семьсот семнадцать тысяч триста) тенге за единицу, 29 151 900 (двадцать девять миллионов сто пятьдесят одна тысяч девятьсот) тенге.

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

Лоту №1 – Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед.



№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
1 ТОО " MedIntelCompany "				
	Председатель тендерной комиссии - Штейгервальд И.А.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>1.В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.</p> <p>2.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО MedIntelCompany по Лоту №1 – Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автоматическая самодиагностика после включения аппарата - нет информации. - Наличие цветowych кодов-подсказок, помогающие выбирать параметры ИВЛ у пациентов различных возрастных групп - нет информации. - Наличие стрелок указателей на корпусе, подсказывающие последовательность действий при выборе параметров ИВЛ - нет информации. - Для обеспечения своей работы аппарат не должен расходовать кислород (кислород не расходуется на привод в действие механизмов аппарата) - нет информации. - Должен иметь систему экономичности расходования кислорода: при включении подсоса воздуха позволять снижать FiO2 до значений близких к 0,6 - нет информации. - Рабочее давление должно быть в диапазоне не хуже 2,7 - 6,0 бар, требуемое количество газа должно быть не более 70л/мин O2 - не соответствует. (указано в воздушно-кислородном миксере (опция): от 35 до 65 psig (poundsperquareinch/ фунтов на кв. дюйм) или от 2.4 бар до 4.5 бар). - Объем вдоха должен быть в диапазоне не хуже 75-4000мл - не соответствует. (VT (Дыхательный Объем): от 50 мл до 2200 мл). - Электропитание должно осуществляться литиевой батареей 3,6В, 5,2Ач - нет информации. - Батарея не должна требовать обслуживания во время всего периода эксплуатации (не менее 4 лет эксплуатации) - не соответствует (система двух внутренних батарей первая батарея: литиум-ионная, обеспечивающая до 10 часов работы аппарата; вторая батарея: литиум-ионная, обеспечивающая до 30 минут работы аппарата). - Модуль подачи кислорода должен обеспечивать плавную подачу кислорода в диапазоне не хуже от 0 до 15 литров в минуту, должен иметь: рабочее давление в диапазоне не хуже от 2,7 до 6 бар - нет информации. <p>1.В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.</p> <p>2.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая</p>
	Заместитель председателя тендерной комиссии - Стасин С.В.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>1.В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.</p> <p>2.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая</p>

Кас Стасин

С

В

В

спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО MedIntelCompany по Лоту №1 – Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:

- Автоматическая самодиагностика после включения аппарата - **нет информации.**
- Наличие цветowych кодов-подсказок, помогающие выбирать параметры ИВЛ у пациентов различных возрастных групп - **нет информации.**
- Наличие стрелок указателей на корпусе, подсказывающие последовательность действий при выборе параметров ИВЛ - **нет информации.**
- Для обеспечения своей работы аппарат не должен расходовать кислород (кислород не расходуется на привод в действие механизмов аппарата) - **нет информации.**
- Должен иметь систему экономичности расходования кислорода: при включении подсоса воздуха позволять снижать FiO2 до значений близких к 0,6 - **нет информации.**
- Рабочее давление должно быть в диапазоне не хуже 2,7 - 6,0 бар, требуемое количество газа должно быть не более 70л/мин O2 - **не соответствует.** (указано в воздушно-кислородном миксере (опция): от 35 до 65 psig (poundsperquareinch/ фунтов на кв. дюйм) или от 2.4 bar до 4.5 bar).
- Объем вдоха должен быть в диапазоне не хуже 75-4000мл - **не соответствует.** (VT (Дыхательный Объем): от 50 мл до 2200 мл).
- Электропитание должно осуществляться литиевой батареей 3,6В, 5,2Ач - **нет информации.**
- Батарея не должна требовать обслуживания во время всего периода эксплуатации (не менее 4 лет эксплуатации) - **не соответствует** (система двух внутренних батарей первая батарея: литиум-ионная, обеспечивающая до 10 часов работы аппарата; вторая батарея: литиум-ионная, обеспечивающая до 30 минут работы аппарата).
- Модуль подачи кислорода должен обеспечивать плавную подачу кислорода в диапазоне не хуже от 0 до 15 литров в минуту, должен иметь: рабочее давление в диапазоне не хуже от 2,7 до 6 бар - **нет информации.**

1.В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.

2.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО MedIntelCompany по Лоту №1 – Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:

- Автоматическая самодиагностика после включения аппарата - **нет информации.**
- Наличие цветowych кодов-подсказок, помогающие выбирать параметры ИВЛ у пациентов различных возрастных групп - **нет информации.**
- Наличие стрелок указателей на корпусе, подсказывающие последовательность действий при выборе параметров ИВЛ - **нет информации.**
- Для обеспечения своей работы аппарат не должен расходовать кислород

Член тендерной комиссии- Кадырова Э.М.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
--	----------	--

Копия Акта - Отказ от

			<p>(кислород не расходуется на привод в действие механизмов аппарата) - нет информации.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Должен иметь систему экономичности расходования кислорода: при включении подсоса воздуха позволять снижать FiO2 до значений близких к 0,6 - нет информации. - Рабочее давление должно быть в диапазоне не хуже 2,7 - 6,0 бар, требуемое количество газа должно быть не более 70л/мин O2 - не соответствует. (указано в воздушно-кислородном миксере (опция): от 35 до 65 psig (poundsperquareinch/ фунтов на кв. дюйм) или от 2.4 bar до 4.5 bar). - Объем вдоха должен быть в диапазоне не хуже 75-4000мл - не соответствует. (VT (Дыхательный Объем): от 50 мл до 2200 мл). - Электропитание должно осуществляться литиевой батареей 3,6В, 5,2Ач - нет информации. - Батарея не должна требовать обслуживания во время всего периода эксплуатации (не менее 4 лет эксплуатации) - не соответствует (система двух внутренних батарей первая батарея: литиум-ионная, обеспечивающая до 10 часов работы аппарата; вторая батарея: литиум-ионная, обеспечивающая до 30 минут работы аппарата). - Модуль подачи кислорода должен обеспечивать плавную подачу кислорода в диапазоне не хуже от 0 до 15 литров в минуту, должен иметь: рабочее давление в диапазоне не хуже от 2,7 до 6 бар - нет информации.
Член тендерной комиссии-Ловской О.Н.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>1.В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.</p> <p>2.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО MedIntelCompany по Лоту №1 – Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автоматическая самодиагностика после включения аппарата - нет информации. - Наличие цветовых кодов-подсказок, помогающие выбирать параметры ИВЛ у пациентов различных возрастных групп - нет информации. - Наличие стрелок указателей на корпусе, подсказывающие последовательность действий при выборе параметров ИВЛ - нет информации. - Для обеспечения своей работы аппарат не должен расходовать кислород (кислород не расходуется на привод в действие механизмов аппарата) - нет информации. - Должен иметь систему экономичности расходования кислорода: при включении подсоса воздуха позволять снижать FiO2 до значений близких к 0,6 - нет информации. - Рабочее давление должно быть в диапазоне не хуже 2,7 - 6,0 бар, требуемое количество газа должно быть не более 70л/мин O2 - не соответствует. (указано в воздушно-кислородном миксере (опция): от 35 до 65 psig (poundsperquareinch/ фунтов на кв. дюйм) или от 2.4 bar до 4.5 bar). - Объем вдоха должен быть в диапазоне не хуже 75-4000мл - не соответствует. (VT (Дыхательный Объем): от 50 мл до 2200 мл). - Электропитание должно осуществляться литиевой батареей 3,6В, 5,2Ач - нет информации.
			<ul style="list-style-type: none"> - Рабочее давление должно быть в диапазоне не хуже 2,7 - 6,0 бар, требуемое количество газа должно быть не более 70л/мин O2 - не соответствует. (указано в воздушно-кислородном миксере (опция): от 35 до 65 psig (poundsperquareinch/ фунтов на кв. дюйм) или от 2.4 bar до 4.5 bar). - Объем вдоха должен быть в диапазоне не хуже 75-4000мл - не соответствует. (VT (Дыхательный Объем): от 50 мл до 2200 мл). - Электропитание должно осуществляться литиевой батареей 3,6В, 5,2Ач - нет информации.

Кар Юсуф Овто  

			<p>информации.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Батарея не должна требовать обслуживания во время всего периода эксплуатации (не менее 4 лет эксплуатации) - не соответствует (система двух внутренних батарей первая батарея: литиум-ионная, обеспечивающая до 10 часов работы аппарата; вторая батарея: литиум-ионная, обеспечивающая до 30 минут работы аппарата). - Модуль подачи кислорода должен обеспечивать плавную подачу кислорода в диапазоне не хуже от 0 до 15 литров в минуту, должен иметь: рабочее давление в диапазоне не хуже от 2,7 до 6 бар - нет информации.
Член тендерной комиссии- Асанова Д.Б.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>1.В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.</p> <p>2.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО MedIntelCompany по Лоту №1 – Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автоматическая самодиагностика после включения аппарата - нет информации. - Наличие цветовых кодов-подсказок, помогающие выбирать параметры ИВЛ у пациентов различных возрастных групп - нет информации. - Наличие стрелок указателей на корпусе, подсказывающие последовательность действий при выборе параметров ИВЛ - нет информации. - Для обеспечения своей работы аппарат не должен расходовать кислород (кислород не расходуется на привод в действие механизмов аппарата) - нет информации. - Должен иметь систему экономичности расходования кислорода: при включении подсоса воздуха позволять снижать FiO2 до значений близких к 0,6 - нет информации. - Рабочее давление должно быть в диапазоне не хуже 2,7 - 6,0 бар, требуемое количество газа должно быть не более 70л/мин O2 - не соответствует. (указано в воздушно-кислородном миксере (опция): от 35 до 65 psig (poundspersquareinch/ фунтов на кв. дюйм) или от 2.4 bar до 4.5 bar). - Объем вдоха должен быть в диапазоне не хуже 75-4000мл - не соответствует. (VT (Дыхательный Объем): от 50 мл до 2200 мл). - Электропитание должно осуществляться литиевой батареей 3,6В, 5,2Ач - нет информации. - Батарея не должна требовать обслуживания во время всего периода эксплуатации (не менее 4 лет эксплуатации) - не соответствует (система двух внутренних батарей первая батарея: литиум-ионная, обеспечивающая до 10 часов работы аппарата; вторая батарея: литиум-ионная, обеспечивающая до 30 минут работы аппарата). - Модуль подачи кислорода должен обеспечивать плавную подачу кислорода в диапазоне не хуже от 0 до 15 литров в минуту, должен иметь: рабочее давление в диапазоне не хуже от 2,7 до 6 бар - нет информации.

Каф. Анастасия - [подпись] [подпись] [подпись] [подпись]

Лоту №1 – Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед.

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
ТОО «МедНурПлюс»				
2	Председатель тендерной комиссии - Штейгервальд И.А.	Допушен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Заместитель председателя тендерной комиссии - Стасин С.В.	Допушен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии-Кадырова Э.М.	Допушен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии-Ловской О.Н.	Допушен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии-Асанова Д.Б.	Допушен	соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	

Лоту №1 – Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед.

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
ТОО «СтройСервисПроф»				
3	Председатель тендерной комиссии - Штейгервальд И.А.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.
	Заместитель председателя тендерной комиссии - Стасин С.В.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии-Кадырова Э.М.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии-Ловской О.Н.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии-Асанова Д.Б.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.

5.Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок в соответствии с подпунктом 4) пункта 84 Правил РЕШИЛА:

Кер Асан *Д.Б.* *С.В.* *Э.М.* *О.Н.*

- Признать закуп медицинской техники по лот №1 – Аппарат искусственной вентиляции легких портативный в количестве 3 ед. несостоявшимся в связи с тем, что допущен один потенциальный поставщик.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 5 голосов.

Воздержавшихся и проголосовавших против нет.

Председатель тендерной комиссии

Заместитель председателя тендерной комиссии

Члены тендерной комиссии:

Секретарь тендерной комиссии:



Штейгерманс И.А.

Сасин С.В.

Кадырова Э.М.

Ловской О.Н.

Асанова Д.Б.

Браун Е.В.