

КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«КОСТАНАЙ ОБЛЫСТЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ КЕЗЕК
КҮТІМІЙТІН ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ СТАНСАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСПОРНЫ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
СТАНЦИЯ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ХАТТАМА

«31» мая 2019 г.
12:00 часов

ПРОТОКОЛ
№ 2

Қостанай қаласы

город Костанай

**Заседания комиссии по подведению итогов
тендера по закупу медицинской техники.**

Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель тендерной комиссии - Штейгервальд И.А.

Заместитель председателя тендерной комиссии - Стасин С.В.

Члены тендерной комиссии: - Кадырова Э.М., Ловской О.Н., Асанова Д.Б.

Секретарь тендерной комиссии: Браун Е.В.

31 мая 2019 года в 12.00 ч. в КТП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» Управления здравоохранения акимата Костанайской области по адресу: г. Костанай, ул. Победы, 62, кабинет главного врача, после рассмотрения тендерных заявок на участие в тендере по закупу медицинской техники комиссией были подведены итоги по закупу медицинской техники:

Лот №1 – Дефибриллятор-монитор в количестве 10 ед.
Сумма, выделенная для закупы лот№1 за единицу 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) тенге, на общую сумму 27 000 000 (двадцать семь миллионов) тенге;

Лот №2 – Электрокардиограф 12 канальный в количестве 3 ед.
Сумма, выделенная для закупы лот№2 за единицу 900 000 (девятьсот тысяч) тенге, на общую сумму 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) тенге;

Лот №3 – Пульсоксиметр в количестве 30 ед.
Сумма, выделенная для закупы лот№3 за единицу 191 400 (сто девяносто одна тысяча четыреста) тенге, на общую сумму 5 742 000 (пять миллионов семьсот сорок две тысяч) тенге;

Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:
1. Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСервисПроф» г.Алматы, ул.Шевченко, дом 154, кв.24.
Лот №1 – Дефибриллятор-монитор Cardio -Aid 360 В в количестве 10 ед. – 2 699 300 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч триста) тенге за единицу,
Лот№2 - Электрокардиограф 12 канальный Cardio Care 2000 в количестве три тысячи) тенге.
Лот№3 - Электрокардиограф 12 канальный Cardio Care 2000 в количестве 3 ед.- 899 100 (восемьсот девяносто девять тысяч сто) тенге за единицу, 2 697 300 (два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч триста) тенге.
Лот№3 - Пульсоксиметр серии ОХУ модель 500FB в количестве 30 ед. – 189 900 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот) тенге за единицу, 5 697 000 (пять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) тенге.

Мух Асан - Д.Б.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖасНоваМед» г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Мамыр 4, дом 312, кв.10
 Лот №1 – Дефибрилятор-монитор Cardio -Aid 360 B в количестве 10 ед. – 2 697 100 (два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч сто) тенге за единицу, 26 971 000 (двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча) тенге.
 Лот №2 - Электрокардиограф 12 канальный Sargio Care 2000 в количестве 3 ед.- 896 500 (восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) тенге за единицу, 2 689 500 (два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) тенге.
 Лот №3 - Пульсоксиметр серии ОХУ модель 500FB в количестве 30 ед. – 191 000 (сто девяносто одна тысяча) тенге за единицу, 5 730 000 (пять миллионов семьсот тридцать тысяч) тенге.

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

Лот №1 – Дефибрилятор-монитор в количестве 10 ед.

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
ТОО "СтройСервисПроф"				
1				
	Председатель тендерной комиссии - Штейгервальд И.А.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.
	Заместитель председателя тендерной комиссии - Стагин С.В.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии- Кадырова Э.М.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии- Ловской О.Н.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии- Асанова Д.Б.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.

Лот №2 - Электрокардиограф 12 канальный в количестве 3 ед.

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
ТОО "СтройСервисПроф"				
2				

Карман - [Signature]

<p>Председатель тендерной комиссии - Штейгервальд И.А.</p>	<p>Отклонен</p>	<p>Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации</p>	<p>1.В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.</p> <p>2.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО СтройСервисПроф по Лоту №2 Электрокардиограф 12 каналный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 30мин. или мониторинг 4часа (работа основных функций) – не соответствует (Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 60 мин. или мониторинг 2 часа (работа основных функций)). - Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - нет информации. - Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги не соответствует – (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1 рулон/ пачка бумаги). - Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - не соответствует (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°C~40°C). - Тип батарей: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч нет информации. - Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг.1-не соответствует (296 x 305.5 x 92.5 мм, прил. 2.98 кг.)
<p>Заместитель председателя тендерной комиссии - Стасин С.В.</p>	<p>Отклонен</p>	<p>Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации</p>	<p>1.В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.</p> <p>2.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО СтройСервисПроф по Лоту №2 Электрокардиограф 12 каналный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 30мин. или мониторинг 4часа (работа основных функций) – не соответствует (Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 60 мин. или мониторинг 2 часа (работа основных функций)). - Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - нет информации.

			<p>осадков - нет информации.</p> <p>- Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги не соответствует – (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1 рулон/ пачка бумаги).</p> <p>- Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - не соответствует (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°C~ 40°C).</p> <p>- Тип батареи: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч нет информации.</p> <p>- Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг.1-не соответствует (296 x 305.5 x 92.5 мм, прибл. 2,98 кг.)</p>
<p>Член тендерной комиссии- Кадырова Э.М.</p>	<p>Отклонен</p>	<p>Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации</p>	<p>1.В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.</p> <p>2.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО СтройСервисПроф по Лоту №2 Электрокардиограф 12 каналный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <p>- Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 30мин. или мониторинг 4 часа (работа основных функций) – не соответствует (Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 60 мин. или мониторинг 2 часа (работа основных функций)).</p> <p>- Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - нет информации.</p> <p>- Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги не соответствует – (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1 рулон/ пачка бумаги).</p> <p>- Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - не соответствует (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°C~ 40°C).</p> <p>- Тип батареи: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч нет информации.</p> <p>- Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг.1-не соответствует (296 x 305.5 x 92.5 мм, прибл. 2,98 кг.)</p>
<p>Член тендерной комиссии- Ловской О.Н.</p>	<p>Отклонен</p>	<p>Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации</p>	<p>1.В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.</p>

			<p>2.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО СтройСервисПроф по Лоту №2 Электрокардиограф 12 каналный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 30мин. или мониторинг 4 часа (работа основных функций) – не соответствует (Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 60 мин. или мониторинг 2 часа (работа основных функций)). - Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - нет информации. - Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги не соответствует – (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1 рулон/ пачка бумаги). - Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - не соответствует (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°С- 40°С). - Тип батарей: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч нет информации. - Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг. 1-не соответствует (296 x 305.5 x 92.5 мм, прил. 2.98 кг.)
<p>Член тендерной комиссии- Асанова Д.Б.</p>	<p>Отклонен</p>	<p>Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации</p>	<p>1.В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.2,3,4 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренные главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4 ст.21 Глава 4 Правил.</p> <p>2.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО СтройСервисПроф по Лоту №2 Электрокардиограф 12 каналный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 30мин. или мониторинг 4 часа (работа основных функций) – не соответствует (Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 60 мин. или мониторинг 2 часа (работа основных функций)). - Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - нет информации. - Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги не соответствует – (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1



				<p>рулон/ пачка бумаги).</p> <p>- Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - не соответствует (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°С~40°С).</p> <p>- Тип батареи: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч нет информации.</p> <p>- Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг. 1-не соответствует (296 x 305.5 x 92.5 мм, прил. 2.98 кг.)</p>
--	--	--	--	---

Лот№3-Пульсоксиметр в количестве 30 ед

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
ТОО "СтройСервисПроф"				
3				
	Председатель тендерной комиссии - Штейгервальд И.А.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4,5 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренных главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4,5 ст.21 Глава 4 Правил.
	Заместитель председателя тендерной комиссии - Сталин С.В.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4,5 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренных главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4,5 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии- Кадьрова Э.М.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4,5 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренных главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4,5 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии- Ловской О.Н.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4,5 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренных главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4,5 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии- Асанова Д.Б.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.2,3,4,5 Тендерной документации в виду, не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям предусмотренных главой 4 Правил, а именно п.2, 3,4,5 ст.21 Глава 4 Правил.

Сул. Дата

Сул. Асанов

Сул. Бек

Лот №1 – Дефибрилятор-монитор в количестве 10 ед.

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
ТОО "ЖасНоваМед"				
1	Председатель тендерной комиссии - Штейгервальд И.А.	Допущен	Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Заместитель председателя тендерной комиссии - Сташин С.В.	Допущен	Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии- Кадырова Э.М.	Допущен	Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии- Ловской О.Н.	Допущен	Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	
	Член тендерной комиссии- Асанова Д.Б.	Допущен	Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	

Лот №2 - Электрокардиограф 12 канальный в количестве 3 ед.

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
ТОО "ЖасНоваМед"				
2	Председатель тендерной комиссии - Штейгервальд И.А.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>1. В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО ЖасНоваМед по Лоту №2 Электрокардиограф 12 канальный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 30 мин. или мониторинг 4 часа (работа основных функций) – не соответствует (Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 60 мин. или мониторинг 2 часа (работа основных функций)). - Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - нет информации. - Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги не соответствует – (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1 рулон/ пачка бумаги). - Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - не

Handwritten signatures and notes:
 Top right: *Секрет Асан*
 Middle right: *Секрет Асан*
 Bottom right: *Секрет Асан*
 Far right: *Секрет Асан*

	Заместитель председателя тендерной комиссии - Стасин С.В.	Отклонен	<p>соответствует (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°C~40°C).</p> <p>- Тип батареи: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч нет информации.</p> <p>- Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг.1-не соответствует (296 x 305.5 x 92.5 мм, прил. 2.98 кг.)</p> <p>1.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО ЖасНоваМед по Лоту №2 Электрокардиограф 12 канальный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <p>- Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 30мин. или мониторинг 4 часа (работа основных функций) – не соответствует (Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 60 мин. или мониторинг 2 часа (работа основных функций)).</p> <p>- Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - нет информации.</p> <p>- Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги не соответствует – (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1 рулон/ пачка бумаги).</p> <p>- Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - не соответствует (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°C~40°C).</p> <p>- Тип батареи: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч нет информации.</p> <p>- Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг.1-не соответствует (296 x 305.5 x 92.5 мм, прил. 2.98 кг.)</p>
Член тендерной комиссии- Кадьрова Э.М.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>1.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО ЖасНоваМед по Лоту №2 Электрокардиограф 12 канальный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <p>- Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 30мин. или мониторинг 4 часа (работа основных функций) – не соответствует (Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 60 мин. или мониторинг 2 часа (работа основных функций)).</p> <p>- Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - нет информации.</p> <p>- Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги не соответствует – (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1 рулон/ пачка бумаги).</p> <p>- Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - не соответствует (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°C~40°C).</p> <p>- Тип батареи: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч нет информации.</p> <p>- Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг.1-не соответствует (296 x 305.5 x 92.5 мм, прил. 2.98 кг.)</p>
	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	<p>1.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО ЖасНоваМед по Лоту №2 Электрокардиограф 12 канальный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <p>- Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 30мин. или мониторинг 4 часа (работа основных функций) – не соответствует (Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 60 мин. или мониторинг 2 часа (работа основных функций)).</p> <p>- Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - нет информации.</p> <p>- Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги не соответствует – (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1 рулон/ пачка бумаги).</p> <p>- Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - не соответствует (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°C~40°C).</p> <p>- Тип батареи: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч нет информации.</p> <p>- Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг.1-не соответствует (296 x 305.5 x 92.5 мм, прил. 2.98 кг.)</p>

Кур. Додо *Сев. Якут* *А. Б.*

			<p>п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - нет информации.</p> <p>- Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги не соответствует - (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1 рулон/ пачка бумаги).</p> <p>- Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - не соответствует (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°C~40°C).</p> <p>- Тип батареи: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч нет информации.</p> <p>- Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг. 1-не соответствует (296 x 305.5 x 92.5 мм, прил. 2.98 кг.)</p>
<p>Член тендерной комиссии- Ловской О.Н.</p>	<p>Отклонен</p>	<p>Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации</p>	<p>1.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО ЖасНоваМед по Лоту №2 Электрокардиограф 12 канальный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным требованиям тендерной документации:</p> <p>- Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 30мин. или мониторинг 4 часа (работа основных функций) - не соответствует (Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 60 мин. или мониторинг 2 часа (работа основных функций)).</p> <p>- Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - нет информации.</p> <p>- Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги не соответствует - (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1 рулон/ пачка бумаги).</p> <p>- Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - не соответствует (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°C~40°C).</p> <p>- Тип батареи: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч нет информации.</p> <p>- Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг. 1-не соответствует (296 x 305.5 x 92.5 мм, прил. 2.98 кг.)</p>
<p>Член тендерной комиссии- Асанова Д.Б.</p>	<p>Отклонен</p>	<p>Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации</p>	<p>1.В соответствии с п.12 ст.81 Правил и Параграф 13 п.1 п.п.12 Тендерной документации Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и правил в части комплектации и характеристик заявленной медицинской техники, а именно в предлагаемом ТОО ЖасНоваМед по Лоту №2 Электрокардиограф 12 канальный в количестве 3 ед. выявлено не соответствие по заявленным</p>

Кур. С.С.

Асанова

С.С.

требованиям тендерной документации:

- Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 30 мин. или мониторинг 4 часа (работа основных функций) – **не соответствует** (Время работы батарей: периодическая печать ЭКГ 60 мин. или мониторинг 2 часа (работа основных функций)).
- Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков - **нет информации**.
- Бумага разлинованная для принтера 80 мм 2 рулона/ пачек бумаги **не соответствует** – (Бумага, разлинованная для принтера. Ширина 215 мм 1 рулон/ пачка бумаги).
- Требования к условиям эксплуатации Температура: от 0 до +40С, при влажности (без конденсата) от 20 до 95% влажности - **не соответствует** (Требования к условиям эксплуатации. Влажность: 30~85% Рабочая температура: 10°C~40°C).
- Тип батареи: 8шт., NiMH батарей в блоке, мин. емкостью 1500мАч **нет информации**.
- Размер: 255x150x70мм, Вес прибора с батареями и зарядным устройством: 1,3кг. 1-**не соответствует** (296 x 305.5 x 92.5 мм, прил. 2.98 кг.)

Лот №3-Пульсоксиметр в количестве 30 ед

№	ФИО члена тендерной комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
ТОО " ЖасНоваМед "				
3				
	Председатель тендерной комиссии - Штейнвальд И.А.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.5 Тендерной документации в виду, не представления сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии предусмотренный главой 4 Правил, а именно п.5 ст.21 Глава 4 Правил.
	Заместитель председателя тендерной комиссии - Стагин С.В.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.5 Тендерной документации в виду, не представления сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии предусмотренный главой 4 Правил, а именно п.5 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии- Кадырова Э.М.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.5 Тендерной документации в виду, не представления сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии предусмотренный главой 4 Правил, а именно п.5 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии- Ловской О.Н.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.5 Тендерной документации в виду, не представления сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии предусмотренный главой 4 Правил, а именно п.5 ст.21 Глава 4 Правил.
	Член тендерной комиссии- Асанова Д.Б.	Отклонен	Не соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации	В соответствии с п.15 ст.81 Правил и Параграф 18 п.1 п.п.5 Тендерной документации в виду, не представления сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии предусмотренный главой 4 Правил, а именно п.5 ст.21 Глава 4 Правил.

Секретарь - *Светлана* 10

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок в соответствии с подпунктом 4) пункта 84 Правил РЕШИЛА:

- Признать закуп медицинской техники по лоту №1 – «Дефибрилятор-монитор в количестве 10 ед.» несостоявшимся в связи с тем, что допущен один потенциальный поставщик.

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок в соответствии с подпунктом 3) пункта 84 Правил РЕШИЛА:

- Признать закуп медицинской техники по лоту 1 Лот №2- «Электрокардиограф 12 канальный в количестве 3 ед.», Лот №3 – «Пульсоксиметр в количестве 30 ед.» несостоявшимся в связи с тем, что не допущен ни один потенциальный поставщик.

За данное решение проголосовали:

ЗА –5 голосов.

Воздержавшихся и проголосовавших против нет.

Председатель тендерной комиссии

Штейгервальд И.А.
Стасин С.В.
Кальрова Э.М.

Заместитель председателя тендерной комиссии

Члены тендерной комиссии:

Ловской О.Н.

Асанова Д.Б.

Браун Е.В.

Секретарь тендерной комиссии: